



Protocolos sugeridos AUTOHUMALYSER 900®



Assessoria LaborLab.

Versão 4.6.20

**Índice**

Acido Urico	2.
Albumina.....	3.
Amilase	4.
Bilirrubina Direta	5.
Bilirrubina Total	6.
Calcio Arsenazo.....	7.
CKMB	8.
CPK.....	9.
Colesterol.....	10.
Creatinina	11.
Ferro.....	12.
Fosfatase Alcalina	13.
Fosforo.....	14.
Gama GT	15.
Glicose.....	16.
Lactato	17.
TGO (AST).....	18.
TGP (ALT)	19.
HDL Colesterol	20.
LDH	21.
Magnésio	22.
PCR.....	23.
PCR Ultrasensível.....	24.
Proteína Total	25.
Proteína Total Urinária	26.
Triglicérides.....	27.
Uréia	28.

ÁCIDO URICO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: UricAcid

Código: 1770310

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 1 x 12mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos H: 2,5 a 6,0 mg/dL
 M: 2,6 a 5,0 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Ac. Urico</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>5</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,200</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>510</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



ALBUMINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: ALBUMIN**Código:** 1770010**Apresentação:** RA: 1 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 3,5 a 4,8 g/dL

Linearidade: 7 g/dL**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Albumina</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>g/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>2</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>2,200</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>620</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



AMILASE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Amylase**Código:** 1770020**Apresentação:** RA: 2 x 30 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 125 U/L

Linearidade: 2000 U/L**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Amilase</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>5</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,500</u>
LinearityLimit	<u>2000</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>405</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>60</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>30</u>
MeasureType	
Calibrate	No
Factor	<u>3953</u>



BILIRRUBINA DIRETA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin D

Código: 1770030

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: até 0,4 mg/dL

Linearidade: 12 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Bili D</u>
Decimal	<u>2</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>20</u>
Ragente Volume R1	<u>250</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,300</u>
LinearityLimit	<u>12</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>Yes (variável)</u>
Filters 1	<u>546</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0.40</u>
Incubation 1	<u>180</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

BILIRUBINA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Bilirubin T

Código: 1770040

Apresentação: RA: 1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Sangue Cordão: até 2,0 mg/dL

Até as 24hs: 1,4 a 8,7 mg/dL

Até 48hs 3,4 a 11,5 mg/dL

Do 3º a 5º dia 1,5 a 12,0 mg/dL

Adultos: até 1,0 mg/dL

Linearidade: 30 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Bili T</u>
Decimal	<u>2</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>6</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>40</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,300</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>Yes (variável)</u>
Filters 1	<u>546</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0.40</u>
Incubation 1	<u>180</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



CÁLCIO ARSENAZO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Cálcio Arsenazo

Código: 1770050

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 8,5 a 10,5 mg/dL
Urina: até 300 mg/24hs

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Calcio</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>3</u>
Ragente Volume R1	<u>300</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>1,200</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>620</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>180</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



CK MB

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Ck MB**Código:** 1770060**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

Controle do Kit

Valores de Referência:

Adultos: 0 a 25 U/L

Linearidade: 500 U/L**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>CKMB</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>10</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,500</u>
LinearityLimit	<u>500</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>180</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>120</u>
MeasureType	
Calibrate	No
Factor	<u>8254</u>



CPK

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CK Nac**Código:** 1770070**Apresentação:** RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:Adultos: H até 195 U/L
M até 170 U/L**Linearidade:** 1800 U/L**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>CK</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>10</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,800</u>
LinearityLimit	<u>1800</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>60</u>
Incubation 2	<u>120</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>300</u>
MeasureType	
Calibrate	No
Factor	<u>4127</u>



COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Colesterol
COD-PAD LiquidStable

Código: 1770080

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável: < 200 mg/dL

Limiar elevado 200-239 mg/dL

Elevado: 240 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Colesterol</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,200</u>
LinearityLimit	<u>500</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>510</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



CREATININA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Creatinine**Código:** 1770100**Apresentação:** RA: 2 x 100 mL
RB: 2 x 25 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto Homem 0,70 a 1,20 mg/dL

Adulto Mulher 0,53 a 1,00 mg/dL

Linearidade: 9,0 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Creat.</u>
Decimal	<u>2</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>Fixed Time</u>
Sample Volume	<u>50</u>
Ragente Volume R1	<u>240</u>
Ragente Volume R2	<u>60</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>2,000</u>
LinearityLimit	<u>9</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>510</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>30</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>.60</u>
MeasureType	
Calibrate	#
Factor	<u>0</u>



FERRO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Iron**Código:** 1770180**Apresentação:** RA:1 x 80 mL
RB: 1 x 16 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:Adulto: M 65 – 175 ug/dL
H 60 – 170 ug/dL**Linearidade:** 1000 ug/dL**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Ferro</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>ug/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>40</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>40</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,300</u>
LinearityLimit	<u>1000</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>Yes</u>
Filters 1	<u>600</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0.20</u>
Incubation 1	<u>20</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>1</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



FOSFATASE ALCALINA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab:

Alkaline Phosphatase

Código: 1770110

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: até 645 U/L

Adultos: 65 a 300 U/L

Linearidade: 1500 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>FAL</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>3</u>
Ragente Volume R1	<u>250</u>
Ragente Volume R2	<u>65</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,900</u>
LinearityLimit	<u>1500</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>405</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>60</u>
Incubation 2	<u>120</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>30</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>No</u>
Factor	<u>6812</u>

FOSFORO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Phosphorus

Código: 1770250

Apresentação: RA: 1 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Crianças: 4,0 a 7,0 mg/dL

Adultos: 2,5 a 5,6 mg/dL

Urina: 0,3 a 1,0 g/24hs

Linearidade: 16 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Fosforo</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,500</u>
LinearityLimit	<u>16</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

GAMA GT

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Gama GlutamilTransferase.

Código: 1770120

Apresentação: RA: 1 x 48 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M: 7-32 U/L
H: 11-50 U/L

Linearidade: 1200 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>GGT</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>25</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>1,300</u>
LinearityLimit	<u>1200</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>405</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>60</u>
Incubation 2	<u>120</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>30</u>
MeasureType	
Calibrate	No
Factor	<u>1158</u>



GLICOSE

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Glicose
GOD PAP Liquid Stable.

Código: 1770130

Apresentação: RA: 2 x 250 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

0 a 1 dia:	50 a 80 mg/dL
Neonatos:	40 a 60 mg/dL
Crianças:	60 a 100 mg/dL
Adulto:	74 a 106 mg/dL
Urina isolada:	1 a 15mg/dL
Urina 24horas:	<0,5 g/24hs
LCR:	Crianças 60 a 80 mg/dL Adultos 40 a 70 mg/dL

Linearidade: 500 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Glicose</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,200</u>
LinearityLimit	<u>500</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>510</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

LACTATO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Lactate

Código: 1770200

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 4,5 a 19,8 mg/dL

Linearidade: 130 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Lactato</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>300</u>
Ragente Volume R2	<u>60</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>2,300</u>
LinearityLimit	<u>130</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>Yes</u>
Filters 1	<u>546</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0.40</u>
Incubation 1	<u>120</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

TGO (AST)

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GOT (AST)
Liquid Stable.

Código: 1770140

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 32 U/L
H até 38 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>TGO</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>25</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>1,800</u>
LinearityLimit	<u>600</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>90</u>
Incubation 2	<u>180</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>60</u>
MeasureType	
Calibrate	No
Factor	<u>1746</u>

TGP (ALT)

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: GPT (ALT)
Liquid Stable.

Código: 1770150

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.
RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: M até 31 U/L
H até 41 U/L

Linearidade: 600 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>TGP</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>25</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>1,800</u>
LinearityLimit	<u>600</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>90</u>
Incubation 2	<u>180</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>.60</u>
MeasureType	
Calibrate	No
Factor	<u>1746</u>

HDL COLESTEROL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: HDL Colesterol Direto.

Código: 1770160

Apresentação: RA: 1 x 60 mL
RB: 1 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

Próprio do Kit

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Baixo: < 40 mg/dL
Elevado (desejado): 60 mg/dL

Linearidade: 200 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>HDL</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>3</u>
Ragente Volume R1	<u>300</u>
Ragente Volume R2	<u>100</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,300</u>
LinearityLimit	<u>200</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>510</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



LDH

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: LDH-P
LiquidStable

Código: 1770210

Apresentação: RA: 2 x 48 mL
RB: 2 x 12 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adultos: 230-460 U/L

Linearidade: 1000 U/L

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>LDH</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>U/L</u>
ReactionType	<u>Kinetic</u>
Sample Volume	<u>5</u>
Ragente Volume R1	<u>200</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>1,800</u>
LinearityLimit	<u>1000</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>30</u>
Incubation 2	<u>180</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>60</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>No</u>
Factor	<u>8095</u>

MAGNÉSIO

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Magnesium

Código: 1770220

Apresentação: RA: 2 x 50 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma heparinizado.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Soro: 1,7 a 2,5 mg/dL

Urina isolada: 4,1 a 13,8 mg/dL

Urina 24hs 60 a 210 mg/24hs

Linearidade: 6,0 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Magnesio</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>2,200</u>
LinearityLimit	<u>6</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>510</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

PCR

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: CRP

Código: 1770240

Apresentação: RA: 1 x 50 mL
RB: 1 x 10 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

ImmunologyControlLevel 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>PCR</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>20</u>
Ragente Volume R1	<u>250</u>
Ragente Volume R2	<u>50</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>2,300</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>Yes</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0,40</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>



PCR ULTRASENSÍVEL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: HS PCR**Código:** 1770170**Apresentação:** RA: 1 x 20 mL
RB: 1 X 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:**Necessário realizar pré diluição 1:4 das amostras.****Estabilidade do Reativo:**

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

CRP Calibrator Set

Verificar pontos de calibração na bula

Controle de Qualidade:

ImmunologyControlLevel 1

Valores de Referência:

Soro: 0 a 0,5 mg/dL

Linearidade: 20 mg/dL**Legenda:**

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)

@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>PCR HS</u>
Decimal	<u>2</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>Fixed Time</u>
Sample Volume	<u>6</u>
Ragente Volume R1	<u>150</u>
Ragente Volume R2	<u>150</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>2,000</u>
LinearityLimit	<u>20</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>546</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>.60</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

PROTEÍNA TOTAL

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Protal

Código: 1770260

Apresentação: RA: 1 x 250 m

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Adulto: 6,1 a 7,9 g/dL

Linearidade: 17 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Prot. Total</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>g/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>2,200</u>
LinearityLimit	<u>17</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>546</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

PROTEÍNA URINÁRIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Prot U/LCR

Código:

Apresentação: RA: 4 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Urina ou LCR.

Calibração:

Próprio (kit)

Controle de Qualidade:

Prot U/LCR Controles

Valores de Referência:

Urina: 1 a 15 mg/dL
U. 24 horas: 28 a 141 mg/24 horas

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Prot. U</u>
Decimal	<u>1</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>8</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,400</u>
LinearityLimit	<u>300</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>620</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>1</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

TRIGLICÉRIDOS

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Triglicérides
GOD PAP Líquid Stable.

Código: 1770290

Apresentação: RA: 2 x 100 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl 1 e 2

Valores de Referência:

Desejável:	<150 mg/dL
Limiar alto:	150-199 mg/dL
Elevado:	200-499 mg/dL
Muito elevado:	> 500 mg/dL

Linearidade: 1000 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Triglicerides</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>End Point</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>0</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>0,300</u>
LinearityLimit	<u>1000</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>Yes</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>510</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>300</u>
Incubation 2	<u>0</u>
LAG Phase	<u>3</u>
Measure	<u>1</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>

URÉIA

APRESENTAÇÃO

Referência Labor Lab: Uréia
UVLiquidStable.

Código: 1770300

Apresentação: RA: 2 x 80 mL
RB: 2 x 20 mL

NOTAS

Reativo de trabalho:

RA: Pronto para Uso.

RB: Pronto para Uso.

Instruções de Uso:

Vide Instruções de uso do Kit.

Estabilidade do Reativo:

Até data de Vencimento.

Amostra:

Soro ou plasma.

Calibração:

#Labor Cal

Controle de Qualidade:

LaborControl1 e 2

Valores de Referência:

Adultos:	13 a 43 mg/dL
Urina:	26 a 43 g/24hs

Linearidade: 300 mg/dL

Legenda:

(*) Segundo Critério do CQI do Laboratório.

(**) Inserir o valor do Calibrador (mg/dL)
@ Parâmetro será calculado pelo equipamento.

N.A.- Não se Aplica.

AUTOHUMALYSER 900 ®

O nome do Analisador é marca registrada de seus proprietários

Teste Name	<u>Ureia</u>
Decimal	<u>0</u>
Measure Unit	<u>mg/dL</u>
ReactionType	<u>Fixed Time</u>
Sample Volume	<u>4</u>
Ragente Volume R1	<u>400</u>
Ragente Volume R2	<u>100</u>
ABS Range Min.	<u>0,000</u>
ABS Range Max.	<u>1,000</u>
LinearityLimit	<u>300</u>
Contaminanting	<u>No</u>
ReagentBlanking	<u>No</u>
Differential	<u>No</u>
Filters 1	<u>340</u>
Filters 2	<u>None</u>
Times Mix 1	<u>0</u>
Times Mix 2	<u>0</u>
Incubation 1	<u>30</u>
Incubation 2	<u>300</u>
LAG Phase	<u>15</u>
Measure	<u>60</u>
MeasureType	
Calibrate	<u>#</u>
Factor	<u>0</u>